

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

Наименование	Описание
<p><b>Стол неонатальный</b></p>	<p>Стол неонатальный предназначен для создания условий эффективного проведения мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у новорожденных и ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии новорожденных и отделений реанимации.</p> <p>Стол неонатальный обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и экстренную кислородотерапию.</p> <p>Возможна установка на стол дополнительного оборудования для терапевтических и реанимационных мероприятий: рентгенографии, переливания крови, дозированного введения лекарственных растворов, массажа сердца.</p> <p>Стол неонатальный выпускается в двух вариантах исполнения: с фиксированным положением по высоте детского ложа и с регулированием по высоте детского ложа в пределах 180 мм.</p> <p>Стол оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации при следующих отклонениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при отключении питания сети</li> <li>• при обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи</li> <li>• при отклонении температуры кожи младенца от установленного значения</li> </ul> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Диапазон регулирования температуры, °С 35...37,9</li> <li>- Максимальная погрешность измерения температуры, °С ±0,3</li> <li>- Максимальный угол наклона матрася, угл.град ±10</li> <li>- Напряжение питания, В 220, 50 Гц</li> <li>- Потребляемая мощность, Вт, не более 700</li> <li>- Габариты, мм 2000х1100х710</li> <li>- Масса (без съемных частей), кг, не более 120</li> </ul> <p><b>Стандартная комплектация</b></p> <p><b>Стол с обогревом -1 шт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Матрасик в чехле-1 шт</li> <li>1.2 Подставка для рентгенкассеты-1 шт</li> <li>1.3 Модуль нагревателя -1 шт</li> <li>1.4 Стойка модуля нагревателя -1 шт</li> <li>1.5 Тепложка -1 шт</li> <li>1.6 Стойка инфузионная -1 шт</li> <li>1.7 Столик с рычагом - 2 шт</li> <li>1.8 Основание -1 шт</li> <li>1.9 Полка инструментальная-1 шт</li> </ul>

	<p>1.10 Датчик температуры кожи - 1 шт</p> <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. модель 2016 года</p> <p><b>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</b></p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p> <p>Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.</p>
--	---

Главный врач

Смаков С.Б.

