

Техническая характеристика закупяемого оборудования

Наименование лота	Описание и технические характеристики		
Комплект приборов для кабинета офтальмолога	Комплект приборов для кабинета офтальмолога		
	№ п.п.	Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия	Требуемые функции, параметры
	1.	Рабочее место офтальмолога	1 шт
	1.1	Общая характеристика	
		Рабочее место должно иметь необходимые конструктивные особенности для обеспечения работы комплекса оборудования: проектор знаков, авторефрактометр, щелевая лампа-х	наличие
	1.2	Технические характеристики	
		Поворотный подвижный стол для размещения приборов на 2-х приборах	наличие
		Допустимая нагрузка на стол с правой и левой стороны, кг	не более 20
		Высота столешницы над полом, мм	не более 870
		Плавная регулировка яркости щели щелевой лампы и меток офтальмометра	наличие
		Пульт управления на консоли	наличие
		Электроподъемное мягкое кресло с подлокотниками, поднимающимися на 90 градусов	наличие
		Наклон спинки кресла, градусов	не менее 60
		Диапазон вертикального перемещение кресла пациента, мм	не уже 150
		Вращение кресла 45 градусов	наличие
	Подножка для кресла пациента	наличие	
	Управление высотой кресла с пульта управления на консоли или от педали	наличие	
	Максимально доступная нагрузка на кресло пациента, кг	не менее 130	
	Вес кресла пациента, кг	не менее 70	
	Лампа-локального освещения	наличие	
	Ящик для размещения набора пробных линз	наличие	