

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

№ Наименование товара	Техническая спецификация оборудования
Видеоколоноскоп	<p>Маневренный прибор, специально сконструированный для удобства введения и последующего манипулирования. Широкий инструментальный канал диаметром 4,2 мм делает возможным использование различных аксессуаров, а также обеспечивает проведение отгличной аспирации.</p> <p><b>1. Видеоколоноскоп</b></p> <p><b>1.1 Технические характеристики</b></p> <p>Угол поля зрения не менее: 140 град.</p> <p>Глубина резкости не менее: 3 — 100 мм</p> <p>Изгиб дистального конца вверх-вниз не менее: 180 град.</p> <p>Изгиб дистального конца влево-вправо не менее: 160 град.</p> <p>Диаметр дистального конца не менее: 13,2 мм</p> <p>Диаметр вводимой трубки не менее: 13,2 мм</p> <p>Диаметр рабочей канала не менее: 4,2 мм</p> <p>Рабочая длина вводимой трубки не менее: 1700 мм</p> <p>Общая длина не более: 2023 мм</p> <p><b>1.</b></p> <p><b>2 Комплектация:</b></p> <p>Видеоколоноскоп 1 шт.</p> <p>Биопсийные щипцы с окном 1 шт.</p> <p>Щётка для очистки 20 шт.</p> <p>Щетка для очистки цилиндра отсоса 1 шт.</p> <p>Резиновый клапан биопсийного канала 10 шт.</p> <p>Набор О-колец 1 шт.</p> <p>Набор О-колец 1 шт.</p> <p>Силиконовое Масло 1 шт.</p> <p>Адаптер для очистки канала отсоса/ воздуха/воды 1 шт.</p> <p>Набор обратных клапанов (10 шт) 1 шт.</p> <p>Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды 1 шт.</p>

	<p>Крышка газового клапана 1 шт.</p> <p>Крышка для погружения 1 шт.</p> <p>Чемодан 1 шт.</p> <p>Инструкция пользователя 1 шт.</p> <p>Инструкция по эксплуатации 1 шт.</p> <p>Ключ 1 шт.</p> <p><b>1.</b></p> <p><b>3 Установленные принадлежности:</b></p> <p>Резиновый клапан биотсийного канала 1 шт.</p> <p>Адаптер обратного клапана водной струи 1 шт.</p> <p>Клапан отсоса 1 шт.</p> <p>Крышка коннектора водной струи 1 шт.</p> <p>Клапан подачи воздуха/воды 1 шт.</p>
	<p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Оборудование новое, выпущено не ранее 2016 года</p> <p><b>Обязательное наличие(предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</b></p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p>