

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование	Описание
<p>Видеогастроскоп</p>	<p>Видеогастроскоп</p> <p>Видеогастроскоп оснащён ПЭС-матрицей, имеет вводимую трубку 9,8 мм в сочетании с инструментальным каналом 2,8 мм. Этот аппарат обеспечивает высококачественное изображение и может использоваться с большим количеством инструментов. В основном эта модель предназначена для рутинных исследований, а также может быть использована для проведения лечебных процедур. Угол поля зрения не менее 140 град. Глубина резкости, не менее 4 — 100 мм. Изгиб дистального конца вверх-вниз не менее 210-120 градусов. Изгиб дистального конца вправо-влево не менее 120 градусов. Диаметр дистального конца не более 10,2 мм. Диаметр вводимой трубки не более 9,8 мм. Диаметр рабочего канала не более 2,8 мм. Рабочая длина вводимой трубки не менее 1050 мм. Общая длина не более 1373 мм. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, модель 2016 года.</p> <p>Комплектация: Видеогастроскоп не менее 1 шт. Биопсийные щипцы с окном – 1 шт. Чистящая щетка – 2 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 10 шт. Набор О-образных колен (3 шт. в наборе) – 1 набор. Силиконовое масло – 1шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды/отсоса – 1 шт. Набор обратных клапанов (10 шт. в наборе) – 1 набор. Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана не менее 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Загубник, автоклавируемый – 1шт. Крышка вилки светодиода – 1шт. Чехол для видеозондоскопов – 1 шт. Инструкция пользователя на русском языке – 1 шт. Инструкция по очистке на русском языке – 1шт. Ключ – 1 шт. Установленные принадлежности. Резиновый клапан биопсийного канала – 1шт. Адаптер обратного клапана водной струи – 1шт. Крышка коннектора водной струи – 1шт. Клапан отсоса 1 шт. Клапан подачи воздуха/воды – 1шт.</p> <p>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке Обучение персонала на русском языке не менее 6 часов. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК. Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев. Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные</p>

	Документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупку медицинской техники Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.
--	--

**Главный врач
КГП на ЦХВ «Экибастузская
городская больница»**



Андосов М.Т.