

Техническая спецификация заказываемых товаров

Описание

Наименование	Общие требования
<p><b>Облучатель фототерапевтический</b></p>	<p>1.1 Назначение Облучатель предназначен для профилактики и лечения не прямой гипербилирубинемии как у доношенных, так и недоношенных новорожденных</p> <p>2. Технические характеристики</p> <p>2.1 Модуль с встроенными светодиодами имеет полуovalьную, обтекаемую форму</p> <p>Декоративная наклейка с нижней стороны модуля соответствующая цвету, излучаемого диодами света.</p> <p>Углы поворота, модули с встроенными светодиодами, вокруг горизонтальной оси, не менее град ±90</p> <p>Возможность использования модули с встроенными светодиодами как со стойкой, так и самостоятельно (кладется на инкубатор)</p> <p>Кронштейн для крепления на стойке</p> <p>Полезная площадь облучения, не менее мм, 300x220</p> <p>Модуль выполнен из ABS пластика, устойчивого, к обработке дезинфицирующими средствами</p> <p>Переключатель мощности излучения</p> <p>Режимы работы фототерапевтического облучателя, не менее 2</p> <p>Время установления рабочего режима, сек, не более 10</p> <p>Работоспособность источника излучения (без потери мощности), час, не менее 72 000</p> <p>Время непрерывной работы не менее, час 72</p> <p>Сверх яркие светодиоды узкого диапазона (на фототерапевтическом модуле) не менее, шт 24</p> <p>Излучение светодиодов в диапазоне не уже 450-500 нм</p>

	<p>Комплект поставки:</p> <p>Осветитель</p> <p>Стойка</p> <p>Кабель сетевой Нуrрline</p> <p>Комплект ЗИП</p> <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, модель 2016 года.</p> <p><b>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</b></p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p> <p>Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.</p>
--	--

Главный врач

Смаков С.Б.

