

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование	Описание
<p>Стол неонатальный</p>	<p>Стол неонатальный предназначен для создания условий эффективного проведения мероприятий по восстановлению жизненно важных функций у новорожденных и ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии новорожденных и отделений реанимации.</p> <p>Стол неонатальный обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и экстренную кислородотерапию.</p> <p>Возможна установка на стол дополнительного оборудования для терапевтических и реанимационных мероприятий: рентгенографии, переливания крови, дозированного введения лекарственных растворов, массажа сердца.</p> <p>Стол неонатальный выпускается в двух вариантах исполнения: с фиксированным положением по высоте детского ложа и с регулированием по высоте детского ложа в пределах 180 мм.</p> <p>Стол оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации при следующих отклонениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при отключении питания сети • при обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи • при отклонении температуры кожи младенца от установленного значения <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диапазон регулирования температуры, °С 35...37,9 - Максимальная погрешность измерения температуры, °С ±0,3 - Максимальный угол наклона матрася, угл.град ±10 - Напряжение питания, В 220, 50 Гц - Потребляемая мощность, Вт, не более 700 - Габариты, мм 2000х1100х710 - Масса (без съемных частей), кг, не более 120 <p>Стандартная комплектация</p> <p>Стол с обогревом -1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Матрасик в чехле-1 шт 1.2 Подставка для рентгенкассеты-1 шт 1.3 Модуль нагревателя -1 шт 1.4 Стойка модуля нагревателя -1 шт 1.5 Тепложка -1 шт 1.6 Стойка инфузионная -1 шт 1.7 Столик с рычагом - 2 шт 1.8 Основание -1 шт 1.9 Полка инструментальная-1 шт

	<p>1.10 Датчик температуры кожи - 1 шт</p> <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. модель 2016 года</p> <p>Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p> <p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупке медицинской техники</p> <p>Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Поставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главный врач

Смаков С.Б.

